ZOLL AED 3™ Automatisch Rettungskurzanleitung

1 AED einschalten

2 „Bewusstsein prüfen“

3 „Notruf veranlassen“

4 „Atemwege frei machen“

5 „Atmung prüfen“

6 „Bei Kind Kindertaste drücken“

7 „Defi-elektroden auf entblößte Patientenbrust kleben“

8 „Patient nicht berühren. Analyse läuft.“

9 Wenn Schock empfohlen angezeigt wird, beginnt der Countdown, gefolgt von „Schock abgegeben“.

10 Wenn kein Schock empfohlen wird oder nach Schockabgabe „Mit der Wiederbelebung beginnen“

Während der Herzdruckmassage bietet der ZOLL AED 3 Automatisch die Funktion Real CPR Help®, die die Qualität der Herzdruckmassage prüft.

Weitere Informationen zum ZOLL AED 3 Automatisch, erhalten Sie auf zoll.com oder telefonisch unter +1.978.421.9655.

ZOLL®

9659-000124-08 Rev B